

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

- nos
- krk
- nosohltan



Rychlá a efektivní

SARS-CoV-2 Antigen

detekce

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag


AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag je rychlý, imunochromatografický test pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Protein viru SARS-CoV-2 z výtěru nosu, krku nebo nosohltanu, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19.

Test je určen pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně jeho použití je jednoduché a nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.

Díky dostupnosti výsledku během 15 minut je test cenovým nástrojem pro efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testu.

Potencionální zkřížená reaktivita byla testována na celé řadě běžných patogenů; koncentrace, při nichž nebyla zkřížená reaktivita zjištěna, jsou uvedeny v návodu k použití.



Vzorek:	Výtěr z nosu, krku nebo nosohltanu
Odečtení výsledku:	15 – 20 minut
Detekční limit:	1.15 x 10 ² TCID ₅₀ /mL
Charakteristiky:	srovnání s RT-PCR
Citlivost:	97,3 % (95 % CI: 90,0 % – 99,8 %)
Specifita:	100,0 % (95 % CI: 96,9 % – 100 %)
Celková shoda:	98,8 % (95 % CI: 91,8 % – 99,9 %)

Interference: Nebyla detekována interference s EDTA, antiviroty, antibiotiky, antibakteriálními léčivými, nazálními spreji a kapkami, nazálními kortikosteroidy.

Složení soupravy: individuálně balené testovací kazety, sterilní odběrové tampony, extrakční pufr, extrakční zkumavky, kapátko, držák zkumavek.

Objednací údaje

Katalogové číslo	Název	Poznámka	Balení
RT2951	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	jednotlivě balené pufry	10 testů
RT2952	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	pufr v kapací lahvičce	25 testů



Výrobce

AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 Graz, Austria

Tel.: +43 316 69 80 69 | Fax: +43 316 69 80 69 12

E-mail: office.graz@amp-med.com | www.amp-diagnostics.com



Distributor

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420 549 121 205 (209, 238) | Fax: +420 541 243 390

E-mail: trade@testlinecd.com | www.testlinecd.cz